

WISHOWER

PROTOCOLE DE CONTRÔLE DES INFECTIONS ET PRATIQUES RECOMMANDÉES



WISHOWER

Avant chaque utilisation

- Désinfectez Wishower entre chaque patient en utilisant des ¹produits de nettoyage et protocoles approuvés par votre établissement.
- Assurez-vous que les draps du résident sont propres avant d'installer les accessoires. Il est préférable de les installer sur un lit qui n'est pas souillé.
- N'apportez que les accessoires nécessaires à chaque soin hygiénique.
- Pour chaque soin, utilisez des accessoires propres ou désinfectés.
- Assurez-vous d'avoir un chariot pour les linges souillés à l'extérieur de la pièce pour y déposer les draps, serviettes et housses souillés.
- Nous recommandons de dédier un appareil et ses accessoires à chaque unité/étage.
- Pour les patients soumis à des précautions particulières (par exemple, isolés et/ou immunodéprimés), nous recommandons d'utiliser des accessoires jetables Wishower.

Des accessoires à usage unique sont offerts en option. Demandez à votre représentant Wishower pour plus de détails.

Lors de chaque utilisation

- Expulsez le premier jet d'eau à l'écart du patient pour tester sa température et son débit.
- Lorsqu'un résident souffre d'incontinence, il est essentiel de veiller à retirer autant de matière fécale que possible afin d'éviter qu'elle ne pénètre dans le tuyau d'aspiration. Nous recommandons l'utilisation du gant de bain jetable Wishower, un accessoire offert optionnellement.
- Il est suggéré d'avoir à disposition des serviettes supplémentaires qui, au besoin, pourraient servir durant le soin.

¹ Désinfectant suggéré: Peroxyde d'hydrogène ou toute autre solution désinfectante approuvée par votre établissement.

Après chaque utilisation

- Veuillez procéder au **Processus de désinfection** en suivant toutes les étapes et instructions à cet effet. Le port de gants d'examen propres est suggéré afin de vous protéger de tout risque d'infection.

Après le dernier soin hygiénique de la journée

- Nous vous prions de vider complètement le réservoir d'eau propre en utilisant la douchette. Cette étape est cruciale pour prévenir l'accumulation d'eau stagnante.
- Rangez l'appareil dans une pièce propre et sèche, idéalement protégée par une housse de protection matelassée Wishower (disponible sur demande).

Entretien du RÉSERVOIR D'EAU PROPRE

Fréquence : Fréquence : Environ **une à deux fois par mois** (ou lorsque l'équipement a été utilisé environ 10 à 15 fois).

Bien que le réservoir d'eau propre n'entre pas en contact avec le réservoir d'eau usée, il est recommandé de rincer l'intérieur du réservoir d'eau propre à l'aide d'un nettoyant doux pour baignoire approuvé par votre établissement.

La procédure suivante en **8 étapes** devrait être effectuée au moins une à deux fois par mois:

- 1) Brancher l'appareil à l'aide du cordon d'alimentation près d'un accès à l'eau (salle de bain ou aire de baignade).
- 2) Verser de l'eau tiède (température similaire à celle d'un bain) dans l'ouverture du réservoir d'eau propre jusqu'à ce que **deux (2) barres de niveau d'eau** apparaissent sur l'écran tactile.
(Cela correspond à **la moitié de la capacité du réservoir, soit environ 14 litres.**)
- 3) Ajouter **75 ml d'une solution nettoyante douce pour baignoire**, approuvée par votre établissement, dans l'ouverture du réservoir d'eau propre. Ajouter **100 ml d'une solution nettoyante douce pour baignoire**, approuvée par votre établissement, dans l'ouverture du réservoir d'eau propre. Autre option : Utiliser 75ml de **solution désinfectante avec peroxyde d'hydrogène diluée 1:128** et/ou toute autre solution désinfectante approuvée par vos établissements.
- 4) Laisser agir pendant **5 minutes**, sans activer aucune fonction de l'appareil.
- 5) Vider complètement le réservoir d'eau propre en utilisant **la douchette**. L'eau peut être évacuée soit **dans une toilette**, soit **dans un drain de plancher**.
- 6) Pour effectuer un **double rinçage**, répéter l'étape #2.
- 7) Ensuite, répéter l'étape #5.
- 8) Débrancher et ranger l'appareil.

Entretien préventif

- Il est essentiel de faire un entretien préventif de la douche mobile Wishower, incluant une inspection générale des composantes extérieures. Ceci permet d'assurer le bon fonctionnement de l'appareil et de prévenir les dommages potentiels si certaines composantes nécessitent une attention immédiate.
- Nous vous encourageons vivement à consulter le **Manuel d'entretien préventif** et à suivre toutes les étapes qui y sont décrites. Pour des informations plus détaillées, n'hésitez pas à contacter votre représentant Wishower, qui pourra vous fournir des conseils spécifiques sur l'entretien.
- De plus, il est essentiel d'effectuer un entretien annuel afin de garantir le bon fonctionnement de votre appareil et de maintenir la validité de la garantie. Pour obtenir des informations complémentaires, ainsi que des détails sur les coûts associés au support technique, n'hésitez pas à nous contacter sur demande.